



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 19029-1938

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 11.2019
Термін зберігання: 5 років
Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Воронки вушні стерильні		
Модель / тип		отвір Ø 2,5 мм; 4 мм; 4,6 мм	Серія	181119
Нормативні документи		Q/320700SY 43-2011	Кількість зразків	50 шт
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-11-18~ 2019-11-25
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
32[5 6]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	Придатна
32[3 4]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.	Відповідає	Придатна
—	Стерильність	Стерильна	Відповідає	Придатна
Примітки		/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.