



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH18007-1829

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2 від 31.10.2017

Назва продукції		Зонд шлунковий з провідником стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		Розмір: 14, 16	Серія	160318	
Нормативні документи		JK15 / 06	Кількість зразків	30 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2018-03-16 ~ 2018-03-23	
План відбору зразків	Назва досліджувано го показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5 [0 1]	Протікання	Трубка зонду не повинна протікати при випробуванні відповідно до стандарту.		Відповідає	Придатний
	Опір вигину	Трубка зонду повинна мати хороший опір вигину		Відповідає	
	Міцність	Коли до трубки прикладається осьовий натяг 50 Н протягом 1хв, в місцях з'єднання не повинно бути розривів; Якщо до трубки прикладено осьовий натяг 18 Н протягом 1хв, не повинно бути розривів між кріпленням дроту (провідника) і місцем з'єднання; Міцність з'єднання повинна відповідати стандарту.		Відповідає	
8 [1 2]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і не повинна містити ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Розмір повинен відповідати вимогам		Відповідає	
-	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.