



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH19027-1938

Виробник: Jiangu Suyun Medical Materials Co., Ltd
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangu Province, China
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 08.2019
Термін зберігання: 5 років
Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Зонд урогенітальний	Серія	180819	
Нормативні документи		Q/320700SY 28-2011	Кількість зразків	30 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-08-18~2019-08-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
13[2 3]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
20[1 2]	Поверхня	Поверхня ручки повинна бути гладкою, без задирок та дефектів		Відповідає	Придатний
8[0 1]	Ворс	Колір і довжина ворсу на головці зонду повинні бути однорідними Ворсинки повинні міцно триматися і не виявляти жодних ознак від'єднання після занурення в стерильне культуральне середовище протягом 7 діб.		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Не повинно бути ніякого росту бактерій		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.