

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

**Сертифікат якості № WMH20023-2026**

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 11.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Зонд урогенітальний ультра	Серія	121120	
Нормативні документи		JK89 / 06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2020-11-12~2020-11-19	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
20 [12]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам.		Відповідає	Придатний
13 [2 3]	Зовнішній вигляд	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. Довжина і колір ворсинок на голівці зонду повинні бути рівномірними і не містити сторонніх речовин, матеріал робочої частини- дакрон		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.