



ТОВ "Амарант-Мед"

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Харків, МФО 351005
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: [067-744-00-74](tel:067-744-00-74),
код за ЄДРПОУ 38722400, ІПН 387224015539, № свід. 200129977

Сертифікат якості

Виробник: FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN VE TIC AS
Avrupa Hun Cad. No:8, OSB, 06935 Sincan, Ankara, Türkiye

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД», адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13,
м. Одеса, Україна, 65078,
Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Номер за каталогом	:	8 870 000 510
Штрих код	:	8 698 904 100 944
Назва продукції	:	Вакуумна пробірка К2 EDTA 3 мл 13x75 мм
Номер партії	:	2026-02-10
Термін придатності	:	2027-08-09
Дата виробництва	:	2026-02-10
Умови зберігання	:	+4/ +25 °С/ У герметичній упаковці

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тип пробірки	:	Пластик
Тип кришки	:	Пластик
Колір/ зовнішній вигляд	:	Фіолетова кришка
Контроль якості на вході	:	Відповідає
Контроль якості на виході	:	Відповідає
Об'єм	:	3 мл
Термін придатності	:	18 місяців (стерилізація гамма-випромінюванням)

Продукт, наведений у верхній частині, відповідає виробничим характеристикам та схвалений FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN VE TIC AS

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN VE TIC AS

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.