

**ТОВ "Амарант-Мед"**

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м.
Харків, МФО 351005
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: 067-744-00-74,
код за ЄДРПОУ 38722400, ІПН 387224015539, № свід. 200129977

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BIYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye
Tel.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078
Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	АГАР Мюллер-Хінтона
Номер за каталогом	MP 225
Номер партії	PB25-0269
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2025.11.03
Термін придатності	2026.05.03
Використана сировина	HIMEDIA

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Блідно-жовта/ гладка поверхня	Відповідає
pH (25°C)	7,30 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C, 3 дні 30-35 °C, 2 дні	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Escherichia coli	25922	24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (90 %)
Pseudomonas aeruginosa	9027	24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (84 %)
Staphylococcus aureus	25923	24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (87 %)
Enterococcus faecalis	29212	24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (82 %)

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штабів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2025.11.10

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.