



ТОВ "Амарант-Мед"

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Харків, МФО 351005
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: 067-744-00-74, код за ЄДРПОУ 38722400, ПІН 387224015539, № свід. 200129977

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye

Tel.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»

Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078

Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	АГАР для виявлення Сальмонел та Шигел
Номер за каталогом	MP 305
Номер партії	PB25-0276
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2025.11.04
Термін придатності	2026.03.04
Використана сировина	HIMEDIA

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Червоно-помаранчевий-Червонувато-фіолетовий/ гладкий	Відповідає
pH (25°C)	7,30 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C та 30-35 °C 5 днів	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Salmonella typhimurium	14028	24-48 годин 35-37 °C	50-100 КУО	≥ 50 % (Безбарвний чорним центром)	Добре (82 %)
Shigella sonnei	25921	24-48 годин 35-37 °C	50-100 КУО	≥ 50 % (Безбарвний)	Добре (87 %)
Escherichia coli	25922	24-48 годин 35-37 °C	≥ 10 ³ КУО	Відсутнє зростання	Зріст пригнічено

Enterococcus faecalis	29212	24-48 годин 35-37 °C	$\geq 10^3$ КУО	Зростання пригнічується	Зростання пригнічується
--------------------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2025.11.11

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.