

**ТОВ "Амарант-Мед"**

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Харків, МФО 351005  
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: [067-744-00-74](tel:067-744-00-74),  
код за ЄДРПОУ 38722400, ІПН 387224015539, № свід. 200129977

**Сертифікат якості**

**Виробник:** DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.  
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye  
Tel.: +90 262 641 59 91; [www.devabiyoteknoloji.com](http://www.devabiyoteknoloji.com)

**Уповноважений представник:** ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»  
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078  
Тел.: +38 067 744 00 74, [www.amarant-med.com.ua](http://www.amarant-med.com.ua)

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Назва продукту       | АГАР Мюллер-Хінтона                      |
| Номер за каталогом   | MP 225                                   |
| Номер партії         | PB26-0011                                |
| Умови зберігання     | 2-8 °C                                   |
| Тип продукту         | Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм |
| Дата виготовлення    | 2026.01.08                               |
| Термін придатності   | 2026.07.08                               |
| Використана сировина | HIMEDIA                                  |

**ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ**

|                           | Специфікація                  | Результат  |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Колір зовнішнього вигляду | Блідно-жовта/ гладка поверхня | Відповідає |
| pH (25°C)                 | 7,30 ± 0,20                   | Відповідає |
| Об'єм                     | 20 мл ± 1                     | Відповідає |

**МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ**

|                      | Умови інкубації                    | Параметри | Спостережені результати | Результат  |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Тест на стерильність | 20-25 °C, 3 дні<br>30-35 °C, 2 дні | Без росту | Без росту               | Відповідає |

**ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ**

| Мікроорганізм          | ATCC® | Інкубація              | Інокулюм   | Параметри росту | Результат    |
|------------------------|-------|------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Escherichia coli       | 25922 | 24 години<br>35 ± 2 °C | 10-100 КУО | ≥ 70 %          | Добре (87 %) |
| Pseudomonas aeruginosa | 9027  | 24 години<br>35 ± 2 °C | 10-100 КУО | ≥ 70 %          | Добре (85 %) |
| Staphylococcus aureus  | 25923 | 24 години<br>35 ± 2 °C | 10-100 КУО | ≥ 70 %          | Добре (89 %) |
| Enterococcus faecalis  | 29212 | 24 години<br>35 ± 2 °C | 10-100 КУО | ≥ 70 %          | Добре (92 %) |

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.01.15

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.