

## Сертифікат якості

**Виробник:** DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.  
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye  
Тел.: +90 262 641 59 91; [www.devabiyoteknoloji.com](http://www.devabiyoteknoloji.com)

**Уповноважений представник:** ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»  
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078  
Тел.: +38 067 744 00 74, [www.amarant-med.com.ua](http://www.amarant-med.com.ua)

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Назва продукту       | АГАР Хромогенний для виявлення ураження сечовивідних шляхів |
| Номер за каталогом   | МР 840                                                      |
| Номер партії         | PB26-0041                                                   |
| Умови зберігання     | 2-8 °C                                                      |
| Тип продукту         | Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм                    |
| Дата виготовлення    | 2026.01.15                                                  |
| Термін придатності   | 2026.04.15                                                  |
| Використана сировина | HIMEDIA                                                     |

## ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

|                           | Специфікація                | Результат  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Колір зовнішнього вигляду | Світло-бурштиновий/ гладкий | Відповідає |
| pH (25°C)                 | 6,80 ± 0,20                 | Відповідає |
| Об'єм                     | 20 мл ± 1                   | Відповідає |

## МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

|                      | Умови інкубації | Параметри | Спостережені результати | Результат  |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Тест на стерильність | 30-35 °C, 2 дні | Без росту | Без росту               | Відповідає |

## ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

| Мікроорганізм         | ATCC® | Інкубація                  | Інокулюм   | Параметри росту                           | Результат               |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Escherichia coli      | 25922 | 20 ± 4 години<br>36 ± 1 °C | 50-100 КУО | ≥ 70 % (Від рожевого до пурпурного)       | Хороше зростання (92 %) |
| Enterococcus faecalis | 29212 | 20 ± 4 години<br>36 ± 1 °C | 50-100 КУО | ≥ 70 % (Світло синьо-зелений)             | Хороше зростання (86 %) |
| Klebsiella pneumoniae | 13883 | 20 ± 4 години<br>36 ± 1 °C | 50-100 КУО | ≥ 70 % (Синьо-фіолетовий з опалесценцією) | Хороше зростання (82 %) |

|                       |       |                            |            |                              |                            |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| Staphylococcus aureus | 25923 | 20 ± 4 години<br>36 ± 1 °C | 50-100 КУО | ≥ 70 %<br>(Золотисто-жовтий) | Хороше зростання<br>(87 %) |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.01.22

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.