

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye
Тел.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078
Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	АГАР Хромогенний для виявлення ураження сечовивідних шляхів
Номер за каталогом	МР 840
Номер партії	PB26-0043
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2026.01.15
Термін придатності	2026.04.15
Використана сировина	HIMEDIA

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Світло-бурштиновий/ гладкий	Відповідає
pH (25°C)	6,80 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	30-35 °C, 2 дні	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Escherichia coli	25922	20 ± 4 години 36 ± 1 °C	50-100 КУО	≥ 70 % (Від рожевого до пурпурного)	Хороше зростання (94 %)
Enterococcus faecalis	29212	20 ± 4 години 36 ± 1 °C	50-100 КУО	≥ 70 % (Світло синьо-зелений)	Хороше зростання (92 %)
Klebsiella pneumoniae	13883	20 ± 4 години 36 ± 1 °C	50-100 КУО	≥ 70 % (Синьо-фіолетовий з опалесценцією)	Хороше зростання (88 %)

Staphylococcus aureus	25923	20 ± 4 години 36 ± 1 °C	50-100 КУО	≥ 70 % (Золотисто-жовтий)	Хороше зростання (87 %)
-----------------------	-------	----------------------------	------------	------------------------------	----------------------------

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.01.23

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.