

**ТОВ "Амарант-Мед"**

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК",  
м. Харків, МФО 351005  
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: [067-744-00-74](tel:067-744-00-74),  
код за ЄДРПОУ 38722400, ІПН 387224015539, № свід. 200129977

**Сертифікат якості**

**Виробник:** DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.  
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye  
Tel.: +90 262 641 59 91; [www.devabiyoteknoloji.com](http://www.devabiyoteknoloji.com)

**Уповноважений представник:** ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»  
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078  
Тел.: +38 067 744 00 74, [www.amarant-med.com.ua](http://www.amarant-med.com.ua)

Назва продукту	АГАР Ендо
Номер за каталогом	MP 145
Номер партії	PB26-0109
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2026.03.04
Термін придатності	2026.06.04
Використана сировина	BIOLIFE

**ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ**

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Рожева троянда – нюдова троянда/ гладкий	Відповідає
pH (25°C)	7,50 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

**МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ**

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C та 30-35 °C 5 днів	Без росту	Без росту	Відповідає

**ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ**

Мікроорганізм	АТСС®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Escherichia coli	25922	18-24 години 33-37 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Рожево-червоні колонії з металевим блиском
Salmonella enteridis	13076	18-24 години 33-37 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Безбарвні колонії

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.03.11

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BIYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Коpecь А.М.