

**ТОВ "Амарант-Мед"**

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Харків, МФО 351005  
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: [067-744-00-74](tel:067-744-00-74),  
код за ЄДРПОУ 38722400, ПІН 387224015539, № свід. 200129977

**Сертифікат якості**

**Виробник:** DEVA BIYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.  
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye  
Tel.: +90 262 641 59 91; [www.devabiyoteknoloji.com](http://www.devabiyoteknoloji.com)

**Уповноважений представник:** ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»  
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078  
Тел.: +38 067 744 00 74, [www.amarant-med.com.ua](http://www.amarant-med.com.ua)

Назва продукту	<b>АГАР Сабуро з Декстрозою та хлорамфеніколом</b>
Номер за каталогом	MP 302
Номер партії	PB26-0102
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2026.03.04
Термін придатності	2026.06.04
Використана сировина	HIMEDIA

**ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ**

	<b>Специфікація</b>	<b>Результат</b>
Колір зовнішнього вигляду	Прозорий/ жовтувато-коричневий	Відповідає
pH (25°C)	5,60 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

**МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ**

	<b>Умови інкубації</b>	<b>Параметри</b>	<b>Спостережені результати</b>	<b>Результат</b>
Тест на стерильність	20-25 °C, 3 дні 30-35 °C, 2 дні	Без росту	Без росту	Відповідає

**ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ**

<b>Мікроорганізм</b>	<b>ATCC®</b>	<b>Інкубація</b>	<b>Інокулюм</b>	<b>Параметри росту</b>	<b>Результат</b>
Candida albicans	10231	2-5 днів 25 ± 2,5 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (88 %)
Aspergillus brasiliensis	16404	2-5 днів 25 ± 2,5 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (86 %)
Escherichia coli	25922	2-5 днів 25 ± 2,5 °C	10-100 КУО	Зростання пригнічується	Зростання пригнічується

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.03.11

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.