

**ТОВ "Амарант-Мед"**

П/р UA623510050000026004589180800, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Харків, МФО 351005
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. № 13, тел.: [067-744-00-74](tel:067-744-00-74),
код за ЄДРПОУ 38722400, ПІН 387224015539, № свід. 200129977

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye
Tel.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»
Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078
Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	Глюкозний бульйон
Номер за каталогом	MT 030
Номер партії	TB26-0024
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	121 °C термостійка полікарбонатна пробірка
Дата виготовлення	2026.02.25
Термін придатності	2026.08.25
Використана сировина	HIMEDIA

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Жовтувато-бежевий/ прозорий	Відповідає
pH (25°C)	6,80 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	6 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C та 30-35 °C 5 днів	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Escherichia coli	8739	21 ± 3 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Хороше зростання
Staphylococcus aureus	6538	21 ± 3 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Хороше зростання
Pseudomonas aeruginosa	9027	21 ± 3 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Хороше зростання
Candida albicans	10231	21 ± 3 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	Хороше зростання	Хороше зростання

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Дата затвердження : 2026.03.04

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.