

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BIYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
 SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye
 Tel.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»
 Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078
 Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	АГАР Манітно-сольовий
Номер за каталогом	MP 220
Номер партії	PB26-0163
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2026.04.30
Термін придатності	2026.10.30
Використана сировина	CONDALAB

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Фіолетово-червоний/ прозорий	Відповідає
pH (25°C)	7,40 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C, 3 дні 30-35 °C, 2 дні	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Staphylococcus aureus	25923	24-48 годин 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Хороше зростання (89 %) Жовті колонії
Staphylococcus epidermidis	12228	24-48 годин 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Хороше зростання (92 %) Червоні колонії
Escherichia coli	25922	24-48 годин 35 ± 2 °C	≥ 10 ³ КУО	Інгібування	Інгібовано

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.05.07

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BIYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.