

Сертифікат якості

Виробник: DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
 SULTAN ORHAN MH.1137 SK.NO:10/A GEBZE/ KOCAELİ/ Türkiye
 Tel.: +90 262 641 59 91; www.devabiyoteknoloji.com

Уповноважений представник: ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»
 Адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078
 Тел.: +38 067 744 00 74, www.amarant-med.com.ua

Назва продукту	АГАР Колумбія з 5% овечої крові
Номер за каталогом	MP 325
Номер партії	PB26-0198
Умови зберігання	2-8 °C
Тип продукту	Полістирол, одноразова чашка Петрі 90 мм
Дата виготовлення	2026.05.13
Термін придатності	2026.08.13
Використана сировина	OXOID

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

	Специфікація	Результат
Колір зовнішнього вигляду	Червоний	Відповідає
pH (25°C)	7,30 ± 0,20	Відповідає
Об'єм	20 мл ± 1	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

	Умови інкубації	Параметри	Спостережені результати	Результат
Тест на стерильність	20-25 °C та 30-35 °C 5 днів	Без росту	Без росту	Відповідає

ТЕСТ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОСТУ

Мікроорганізм	ATCC®	Інкубація	Інокулюм	Параметри росту	Результат
Escherichia coli	25922	18-24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (81 %)
Streptococcus pyogenes	19615	18-24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (88 %) β-hemolysis
Streptococcus pneumoniae	6305	18-24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (87 %) α-hemolysis
Staphylococcus aureus	25923	18-24 години 35 ± 2 °C	10-100 КУО	≥ 70 %	Добре (89 %)

Відповідність виробничим специфікаціям підтверджена.

Контроль продукції проводився відповідно до Європейської фармакопеї (EP) та Фармакопеї США (USP).

Для штамів, що використовувалися в тестах стимуляції росту, застосовувалися стандарти CLSI.

Відповідальний за контроль якості : Серкан Чінар

Дата затвердження : 2026.05.21

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції - DEVA BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Директор ТОВ «АМАРАНТ-МЕД»



Копець А.М.